

OZNÁMENÍ č. 04/14

Českého metrologického institutu


o oznámených normách k opatření obecné povahy číslo: 0111-OOP-C004-09
č.j. 0313/004/09/Pos.,

**kterým se stanovují metrologické a technické požadavky na stanovená měřidla,
včetně metod jejich zkoušení pro ověřování stanovených měřidel:
„přístroje na měření tlaku krve, tzv. tonometry“**

Český metrologický institut oznamuje pro účely specifikace metrologických a technických požadavků na měřidla a pro účely specifikace metod zkoušení při schvalování jejich typu a ověřování, vyplývajících z tohoto opatření obecné povahy, české technické normy, další technické normy nebo technické dokumenty mezinárodních popřípadě zahraničních organizací, nebo jiné technické dokumenty obsahující podrobnější technické požadavky, jejichž splnění nebo splnění jejich částí se považuje v rozsahu a za podmínek stanovených opatřením obecné povahy za splnění těch požadavků stanovených tímto opatřením, k nimž se tyto normy nebo jejich části vztahují.

Dokument	Tř. znak	Název	Část dokumentu
ČSN EN ISO 81060-1	85 2701	Neinvazivní tonometry – Část 1: Požadavky a metody zkoušení typu s neautomatizovaným měřením	celý
ČSN EN 1060-3+A2	85 2701	Neinvazivní tonometry. Část 3: Specifické požadavky pro elektromechanické systémy na měření krevního tlaku	celý
ČSN EN 1060-4	85 2701	Neinvazivní tonometry. Část 4: Zkušební postupy k určení celkové přesnosti systému automatických neinvazivních tonometrů	celý

V Brně dne 21. 1. 2014



RNDr. Pavel Klenovský

generální ředitel